

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА
Ул.8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања
ПИБ:105370087, МБ:17689134
Е-mail:tanja.milacic.bolnicavb@gmail.com
Тел./фах:036/613-450
Број: 245/17-1
Дана: 21.09.2017.год.

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације ЈН 49/17

На питање:

1.Како је у оквиру конкурсне документације у партији 2, под ставком 3 спецификацијом захтевано "Вакум епрувете за коагулацију (сендвич епрувете) 2ml 3,2% Na-citrat" да ли је прихватљиво понудити еквивалент који је функционално одговарајући траженој?
Молимо Вас да омогућите да се за ову ставку понуде Вакум епрувете запремине 1,8 ml.

Достављамо одговор:

Запремина Вакум епрувете за коагулацију није лимитирајући фактор уколико се ради о сендвич епрувети са 3,2% Na-citrat-ом.

Чланови комисије:

Др. Дасмина Краговић

Весна Ивановић

Татјана Милачић-Јевтић

