

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

Ул.8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања

ПИБ:105370087, МБ:17689134

Тел./фах:036/613-450

Е-mail: bolnicavb@mts.rs

Број: 234/18

Дана: 11.10.2018.год.

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку анализатора електролита и ацидобазног статуса

На питање:

Поштовани, као заинтересовани понуђач, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у прилогу број 2. Минималне техничке карактеристике (табела), ставка под редним бројем 9.

„Испорука максимално 50 тестова са роком трајања минимално 6 месеци од момента постављања на апарат кетрица или појединачног теста (због боље искористљивости потрошног материјала)”

у

„Испорука максимално 50 тестова са роком трајања минимално 30 дана од момента постављања на апарат кетрица или појединачног теста (због боље искористљивости потрошног материјала)”

Објашњење: код већине анализатора на тржишту, кетриц има рок трајања 3-6 месеци „на полици” (shelf life), али од момента постављања на апарат рок трајања је 1 месец (30 дана).

Као наручилац, према члану 10.ЗЈН, дужни сте да омогућите што је могуће већу конкуренцију, што сте ограничили техничком спецификацијом. Молимо Вас да уважите наше објашњење и захтев и тиме омогућите једнак положај свим заинтересованим понуђачима.

Достављамо одговор:

Имајући у виду да је центар за дијализу који је наручилац формирао тек у свом зачетку, тј. на почетку рада, процена менаџмента здравствене установе је да приликом започињања рада и у наредном дужем периоду, број пацијената на дијализи којима је потребно урадити анализу електролита и ацидобазног статуса ће бити релативно мали. Из наведеног разлога, неопходно је да рок трајања теста или кетрица који буде постављен на апарату буде што дужи, а минимално 6 месеци. Приликом одређивања оваквог услова наручилац је посебно имао у виду економичност употребе (буџетских) средстава, јер би у случају да рок трајања буде краћи, односно са роком трајања од једног месеца како предлаже потенцијални понуђач, наручилац био приморан да недовољно употребљен и непотрошен кетриц баци и самим тим изазове несразмерно велике трошкове.

Из наведеног разлога, наручилац у свему остаје при условима и техничкој спецификацији која је предвиђена конкурсном документацијом.

Чланови комисије
др Јасмина Краговић

Весна Ивановић

Татјана Милачић Јевтић