

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

Ул.8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања

ПИБ:105370087, МБ:17689134

E-mail:bolnicavb@mts.rs

Тел./фах:036/613-450

Број: 296/18

Дана: 05.11.2018.год.

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације-јавна набавка добара-материјала за дијализу, број ЈН 46/18.

На питање:

У оквиру Прилога бр.4-УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, Наручилац предвиђа следеће:

"Изјава понуђач којом потврђује да су поменута добра компатабилна са апаратима Gambro Innova и апаратима SURDIAL X са доставом узорка за партије 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 и 18. Узорци ће бити тестирани на наведеним апаратима уз присуство овлашћеног представника понуђачаи биће сачињен записник о компатабилности са наведеним апаратима.О времену тестирања узорака понуђач ће бити благовремено обавештен писаним путем. Узорци морају бити обележени са назнаком партије. Достављени узорци неће бити враћени понуђачима".

Да ли је обавезна достава узорка и тестирање добара која Наручилац већ користи у раду на машинама за хемодијализу?

Достављамо одговор:

За добра која наручилац већ користи у свом раду понуђач није обавезан да достави узорак и тестира добара.

Чланови комисије

Др Љиљана Ивек

Весна Ивановић

Татјана Милачић Јевтић

