

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

Ул.8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања

ПИБ:105370087, МБ:17689134

Е-mail:bolnicavb@mts.rs

Тел./фах:036/613-450

Број: 306/18

Дана: 09.11.2018.год.

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и отклањања уочених недостатака и неправилности у конкурсној документацији –јавна набавка добара-материјал за дијализу, број ЈН 46/18.

На питање:

Обраћамо Вам се на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, с циљем да Вам скренемо пажњу да сте спровођењем јавне набавке број 46/18 у партијама 1-6, прекршили начело обезбеђивања конкуренције, које регулише члан 10. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15).

Предметним описом наведених партија и техничким карактеристикама који понуђачи треба да испуне и то: „без бисфенола А у мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида”, ограничили сте понуђаче на само једног потенцијалног понуђача који може да испуни задате карактеристике.

Као доказ прилажемо Вам одлуку о додели уговора за јавну набавку 146А/2018 Клиничког центра Србије, Одлука бр. 9778/1 од 10.08.2018.год.

Ова одлука је класичан пример искључивања све конкуренције дискриминаторским условом присуства, односно одсуства бисфенола А при набавци дијализатора.

Да не би дошли у ситуацију да им одлуке о доделу уговора буду поништене због дискриминаторских услова наручилац је за само један део набавке дијализатора поставио овај услов.

Одсуство бисфенола А у дијализаторима је само препорука Европске комисије и није обавезујућег карактера.

Напомињемо да је овај услов противан Правилнику о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Сл.гласник

РС" , број 88/2012, 41/2013, 36/2014, 37/2014-исп. и 88/2015), где се за дијализаторе, Синтетска влакна, high-flux 1,3-1,8 m² прописује да морају бити стерисина без етиленоксида и тражени трансфер масе КоА већи 600 ml/min.

Имајући у виду предочене аргументе као о начело обезбеђивања конкуренције и економичности јавне набавке, молимо Вас да омогућите конкуренцију и искључите дискриминаторски услов без бисфенола А у мембрани и кућишту за партије 3 и 5, и на тај начин омогућите и нама учешће на тендеру на истим партијама.

Достављамо одговор:

Наручилац у свему остаје како је наведено у конкурсној документацији.

Наручилац је све партије за набавку дијализатора формирао са истим техничким описом и различитим површинама сходно својим потребама и бриге о здрављу пацијената. Како и подносилац захтева у свом захтеву наводи тражећи да се из описа добара избрише „...без биефенола А у мембани и кућишту..“ наводећи да је то „само“ препорука Европске комисије... Подсећамо Вас да је Европска комисија Бифенол А прогласила токсичном материјом и забранила њено присуство у храни, материјалу који долази у додир са пацијентима због здравља пацијената. Из наведених разлога, а због бриге о безбедности и здрављу пацијената наручилац је и предвидео да тражена добра не садрже токсичну материју. Такође, подносилац захтева тражи да се промени опис добара само за партију 3 и 5, а не за свих 6 партија где је опис идентичан, позивајући се на Правилник о стандардима материјала дијализе...Стандард ни једном речју не помиње састав дијализатора, и ако наручилац поступа по наводима подносиоца захтева супротно Правилнику, зашто није тражио измене за свих 6 партија већ само за две партије за које има могућност да достави понуду.

Чланови комисије

Др Љиљана Ивек

Момир Пандрц

Татјана Милачић Јевтић